MemoPart™

Дефект межжелудочковой перегородки

Окклюдер (ДМЖП)

Окклюдер для закрытия дефекта желудочковой перегородки MemoPart™ - это чрескожное транскатетерное устройство, применяемое для закрытия дефектов межжелудочковой перегородки (ДМЖП). Окклюдер для закрытия дефекта желудочковой перегородки MemoPart™ включает четыре различных типа, которые делятся на мышечный окклюдер для закрытия дефекта желудочковой перегородки и мембранный окклюдер для закрытия дефекта желудочковой перегородки.

Мышечный окклюдер ДМЖП

Мембранный симметричный окклюдер ДМЖП

Мембранный асимметричный окклюдер ДМЖП

Эксцентрический окклюдер для закрытия дефекта желудочковой перегородки MemoPart™ Zero Rim

Мышечный окклюдер ДМЖП без втулки

Мембранный симметричный окклюдер ДМЖП без втулки

Мембранный асимметричный окклюдер ДМЖП без втулки

Ваши ***потребности*** • Наш ***дизайн***



SQFDQ-I a



SQFDQ-I b



SQFDQ-I c

Мышечный окклюдер для закрытия дефекта желудочковой перегородки MemoPart™

№ по каталогу	Устройство Размер	A Диаметр талии (мм)	B Диаметр диска ЛЖ (мм)	C Диаметр диска ПЖ (мм)	H Длина боковой стенки аорты (мм)	Наименьший Рекомендуемый размер интродьюсера
SQFDQ-I a04	04	4	8	8	5,0	6F
SQFDQ-I a05	05	5	9	9	5,0	6F
SQFDQ-I a06	06	6	10	10	5,0	7F
SQFDQ-I a07	07	7	11	11	5,0	7F
SQFDQ-I a08	08	8	12	12	5,0	8F
SQFDQ-I a09	09	9	13	13	5,0	8F
SQFDQ-I a10	10	10	14	14	5,0	9F
SQFDQ-I a12	12	12	16	16	5,0	9F
SQFDQ-I a14	14	14	18	18	5,0	10F
SQFDQ-I a16	16	16	20	20	5,0	10F
SQFDQ-I a18	18	18	22	22	5,0	10F
SQFDQ-I b04	04	4	10	8	7,0	6F
SQFDQ-I b05	05	5	11	9	7,0	6F
SQFDQ-I b06	06	6	12	10	7,0	7F
SQFDQ-I b07	07	7	13	11	7,0	7F
SQFDQ-I b08	08	8	14	12	7,0	8F
SQFDQ-I b09	09	9	15	13	7,0	8F
SQFDQ-I b10	10	10	16	14	7,0	9F
SQFDQ-I b12	12	12	18	16	7,0	9F
SQFDQ-I b14	14	14	20	18	7,0	10F
SQFDQ-I b16	16	16	22	20	7,0	10F
SQFDQ-I b18	18	18	24	22	7,0	10F
SQFDQ-I c04	04	4	14	10	10,0	6F
SQFDQ-I c05	05	5	15	11	10,0	7F
SQFDQ-I c06	06	6	16	12	10,0	8F
SQFDQ-I c07	07	7	17	13	10,0	8F
SQFDQ-I c08	08	8	18	14	10,0	8F
SQFDQ-I c09	09	9	19	15	10,0	8F
SQFDQ-I c10	10	10	20	16	10,0	9F
SQFDQ-I c12	12	12	22	18	10,0	9F
SQFDQ-I c14	14	14	24	20	10,0	10F
SQFDQ-I c16	16	16	26	22	10,0	10F
SQFDQ-I c18	18	18	28	24	10,0	10F



WTSQFDQ-I a



WTSQFDQ-I b



WTSQFDQ-I c

Безвтулочный мышечный окклюдер для закрытия дефекта желудочковой перегородки MemoPart™

№ по каталогу	Устройство Размер	A Диаметр талии (мм)	B Диаметр диска ЛЖ (мм)	C Диаметр диска ПЖ (мм)	H Длина боковой стенки аорты (мм)	Наименьший Рекомендуемый размер интродьюсера
WTSQFDQ-I a04	04	4	8	8	5,0	6F
WTSQFDQ-I a05	05	5	9	9	5,0	6F
WTSQFDQ-I a06	06	6	10	10	5,0	7F
WTSQFDQ-I a07	07	7	11	11	5,0	7F
WTSQFDQ-I a08	08	8	12	12	5,0	8F
WTSQFDQ-I a09	09	9	13	13	5,0	8F
WTSQFDQ-I a10	10	10	14	14	5,0	9F
WTSQFDQ-I a12	12	12	16	16	5,0	9F
WTSQFDQ-I a14	14	14	18	18	5,0	10F
WTSQFDQ-I a16	16	16	20	20	5,0	10F
WTSQFDQ-I a18	18	18	22	22	5,0	10F
WTSQFDQ-I b04	04	4	10	8	7,0	6F
WTSQFDQ-I b05	05	5	11	9	7,0	6F
WTSQFDQ-I b06	06	6	12	10	7,0	7F
WTSQFDQ-I b07	07	7	13	11	7,0	7F
WTSQFDQ-I b08	08	8	14	12	7,0	8F
WTSQFDQ-I b09	09	9	15	13	7,0	8F
WTSQFDQ-I b10	10	10	16	14	7,0	9F
WTSQFDQ-I b12	12	12	18	16	7,0	9F
WTSQFDQ-I b14	14	14	20	18	7,0	10F
WTSQFDQ-I b16	16	16	22	20	7,0	10F
WTSQFDQ-I b18	18	18	24	22	7,0	10F
WTSQFDQ-I c04	04	4	14	10	10,0	6F
WTSQFDQ-I c05	05	5	15	11	10,0	7F
WTSQFDQ-I c06	06	6	16	12	10,0	8F
WTSQFDQ-I c07	07	7	17	13	10,0	8F
WTSQFDQ-I c08	08	8	18	14	10,0	8F
WTSQFDQ-I c09	09	9	19	15	10,0	8F
WTSQFDQ-I c10	10	10	20	16	10,0	9F
WTSQFDQ-I c12	12	12	22	18	10,0	9F
WTSQFDQ-I c14	14	14	24	20	10,0	10F
WTSQFDQ-I c16	16	16	26	22	10,0	10F
WTSQFDQ-I c18	18	18	28	24	10,0	10F



Мембранный симметричный окклюдер для закрытия дефекта желудочковой перегородки MemoPart™

№ по каталогу	Устройство Размер	A Диаметр талии (мм)	B Диаметр диска ЛЖ (мм)	C Диаметр диска ПЖ (мм)	H Длина боковой стенки аорты (мм)	Наименьший Рекомендуемый размер интродьюсера
SQFDQ-II b04	04	4	8	8	3,5	6F
SQFDQ-II b05	05	5	9	9	4,0	6F
SQFDQ-II b06	06	6	10	10	4,0	6F
SQFDQ-II b07	07	7	11	11	4,0	6F
SQFDQ-II b08	08	8	12	12	4,0	6F
SQFDQ-II b09	09	9	13	13	4,5	6F
SQFDQ-II b10	10	10	14	14	4,5	6F
SQFDQ-II b12	12	12	16	15	4,5	7F
SQFDQ-II b14	14	14	18	17	4,5	9F
SQFDQ-II b16	16	16	22	20	5,0	10F
SQFDQ-II b18	18	18	24	22	5,0	10F
SQFDQ-II b20	20	20	26	24	5,0	12F



Безвтулочный embранный симметричный окклюдер для закрытия дефекта желудочковой перегородки MemoPart™

№ по каталогу	Устройство Размер	A Диаметр талии (мм)	B Диаметр диска ЛЖ (мм)	C Диаметр диска ПЖ (мм)	H Длина боковой стенки аорты (мм)	Наименьший Рекомендуемый размер интродьюсера
WTSQFDQ-II b04	04	4	8	8	3,5	6F
WTSQFDQ-II b05	05	5	9	9	4,0	6F
WTSQFDQ-II b06	06	6	10	10	4,0	6F
WTSQFDQ-II b07	07	7	11	11	4,0	6F
WTSQFDQ-II b08	08	8	12	12	4,0	6F
WTSQFDQ-II b09	09	9	13	13	4,5	6F
WTSQFDQ-II b10	10	10	14	14	4,5	6F
WTSQFDQ-II b12	12	12	16	15	4,5	7F
WTSQFDQ-II b14	14	14	18	17	4,5	9F
WTSQFDQ-II b16	16	16	22	20	5,0	10F
WTSQFDQ-II b18	18	18	24	22	5,0	10F
WTSQFDQ-II b20	20	20	26	24	5,0	12F



Мембранный асимметричный окклюдер для закрытия дефекта желудочковой перегородки MemoPart™ для закрытия мультифенестрированных дефектов

№ по каталогу	Устройство Размер	A Диаметр талии (мм)	B Диаметр диска ЛЖ (мм)	C Диаметр диска ПЖ (мм)	H Длина боковой стенки аорты (мм)	Наименьший Рекомендуемый размер интродьюсера
SQFDQ-III 04	04	4	12	8	3,5	7F
SQFDQ-III 05	05	5	13	9	4,0	8F
SQFDQ-III 06	06	6	14	10	4,0	8F
SQFDQ-III 07	07	7	15	11	4,0	8F
SQFDQ-III 08	08	8	16	12	4,0	9F
SQFDQ-III 09	09	9	17	13	4,5	9F
SQFDQ-III 10	10	10	18	14	4,5	9F
SQFDQ-III 12	12	12	20	16	4,5	10F
SQFDQ-III 14	14	14	22	18	4,5	10F
SQFDQ-III 16	16	16	24	20	5,0	10F
SQFDQ-III 18	18	18	26	22	5,0	12F



Мембранный асимметричный окклюдер для закрытия дефекта желудочковой перегородки MemoPart™ без втулки для закрытия мультифенестрированных дефектов

№ по каталогу	Устройство Размер	A Диаметр талии (мм)	B Диаметр диска ЛЖ (мм)	C Диаметр диска ПЖ (мм)	H Длина боковой стенки аорты (мм)	Наименьший Рекомендуемый размер интродьюсера
WTSQFDQ-III 04	04	4	12	8	3,5	7F
WTSQFDQ-III 05	05	5	13	9	4,0	8F
WTSQFDQ-III 06	06	6	14	10	4,0	8F
WTSQFDQ-III 07	07	7	15	11	4,0	8F
WTSQFDQ-III 08	08	8	16	12	4,0	9F
WTSQFDQ-III 09	09	9	17	13	4,5	9F
WTSQFDQ-III 10	10	10	18	14	4,5	9F
WTSQFDQ-III 12	12	12	20	16	4,5	10F
WTSQFDQ-III 14	14	14	22	18	4,5	10F
WTSQFDQ-III 16	16	16	24	20	5,0	10F
WTSQFDQ-III 18	18	18	26	22	5,0	12F



Эксцентрический окклюдер для закрытия дефекта желудочковой перегородки аортального клапана MemoPart™ Zero Rim

№ по каталогу	Устройство Размер	A Диаметр талии (мм)	B Диаметр диска ЛЖ (мм)	C Диаметр диска ПЖ (мм)	H Длина боковой стенки аорты (мм)	Наименьший Рекомендуемый размер интродьюсера
SQFDQ-IV 04	04	4	9	8	3,5	6F
SQFDQ-IV 05	05	5	10	9	3,5	7F
SQFDQ-IV 06	06	6	11	10	4,0	7F
SQFDQ-IV 07	07	7	12	11	4,0	8F
SQFDQ-IV 08	08	8	13	12	4,5	8F
SQFDQ-IV 09	09	9	14	13	5,0	9F
SQFDQ-IV 10	10	10	17	15	5,0	9F
SQFDQ-IV 12	12	12	20	18	5,0	10F
SQFDQ-IV 14	14	14	22	20	5,0	10F
SQFDQ-IV 16	16	16	24	22	5,0	10F